

政府采购项目公开招标文件

（货物类）

项目名称：裕安区基层医疗机构第一批设备采购项目

项目编号：FS34150320260096号

采购人：六安市裕安区卫生健康委员会

采购代理机构：安徽方正工程咨询有限公司

2026 年 5 月

目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知.....	7
第三章	采购需求	26
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	49
第五章	政府采购合同.....	55
第六章	投标文件格式.....	65
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本.....	86

第一章 投标邀请

项目概况：裕安区基层医疗机构第一批设备采购项目（项目编号：FS34150320260096 号）的潜在投标供应商应在六安市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.luan.gov.cn>)获取招标文件，并于2026 年 6 月 11 日 8 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：FS34150320260096 号
- 2、项目名称：裕安区基层医疗机构第一批设备采购项目
- 3、项目类型：货物类
- 4、采购方式：公开招标
- 5、预算金额：3018.10 万元
- 6、最高限价：3018.10 万元，其中第一包最高限价 840 万元，第二包最高限价 720 万元，第三包最高限价 744 万元，第四包最高限价 561.6 万元，第五包最高限价 152.5 万元。
- 7、采购需求：本项目共划分 5 个包别，第一包 CT（64 排），第二包 CT（32 排高配），第三包 CT（32 排标配）、口腔 CT，第四包中药熏蒸治疗机、AED、除颤监护仪等设备，第五包血液透析机（单泵）、血液透析机（双泵）、血液透析用制水设备等设备；具体内容详见本项目采购需求。
- 8、合同履行期限：合同签订后 45 个日历天内完成供货、安装、调试。
- 9、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，但落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策；
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1 投标人应按照《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械生产监督

管理办法》规定，具备相对应且有效的医疗器械经营资格和（或）医疗器械生产许可证；

3.2 投标产品为射线装置时：投标人应按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，具备相对应且有效的辐射安全许可证。

三、获取招标文件

1、时间：2026年5月19日至2026年6月11日（北京时间）

2、地点：六安市公共资源交易电子服务系统
(<http://ggzy.luan.gov.cn>)

3、获取方式：本项目招标文件（答疑澄清等相关文件资料）从六安市公共资源交易平台下载。各市场主体（非自然人）办理CA数字证书后，使用CA数字证书登录安徽省市场主体库（地址：<https://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu>），填报企业基本信息及相关资料，投标供应商自行更新、维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由投标供应商负责。

①安徽省公共资源交易市场主体信息库咨询电话：010-86483801；

②六安市公共资源电子交易系统技术支持咨询电话：0512-58188516；

③数字证书和电子签章(CA)办理咨询电话：安徽(CA)400-880-4959；
CFCA（江苏.翔晟）025-66085508。

4、售价：零元

四、投标文件递交截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年6月11日8点30分（北京时间）

2、地点：六安市裕安区公共资源交易中心（六安市裕安区城南镇裕安大厦8楼六安-开标11室）

3、投标文件提交方式：电子投标文件应在投标截止时间前通过六安市公共资源交易中心电子交易系统上传，不再接受纸质标书。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。本项目以公告方式发布采购文件，对采购文件的质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日。

六、其他事宜

（1）本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，为非适宜由中小企业提供。具体原因如下：本项目采购产品多为大型企业制造，若向中小企业预留采购份额无法确保充分竞争，因此不专门面向中小企业预留采购份额。

如对此项内容有疑问，可通过六安市公共资源电子交易系统向采购人/代理机构提出质疑。监管部门：六安市裕安区财政局；地址：安徽省六安市龙河西路裕安区政府四楼；联系人：王主任；联系电话：0564-3301852。

（2）本项目采用不见面开标（远程解密）方式，开标时投标供应商无需到达开标现场。开标采取远程解密方式解密投标文件，投标供应商远程解密可选择以下两种方式：

①方式一：投标供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市“不见面开标系统”，网址为：<http://114.98.87.113:9016/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，等待开标并按系统提示进行相应的投标供应商解密等操作。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“互动交流—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”；

②方式二：在电子交易系统>开标解密>远程解密中进行解密操作。采用此方式仅能实现解密功能，无法观看音视频直播并进行互动交流。

两种方式的解密时间要求为：解密程序开始后每个投标供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则投标文件将被拒绝。

(3) 参加本项目的投标供应商应提前做好电脑等相关设备并检查系统驱动是否运行正常，确保顺利参加开标。如因设备造成的问题由供应商自行负责。具体操作流程及相关规定以采购文件“不见面开标注意事项”为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：六安市裕安区卫生健康委员会

地址：六安市响洪甸路 258 号卫生大楼 7 楼

联系方式：0564-3267179

2. 采购代理机构信息

名称：安徽方正工程咨询有限公司

地址：六安市金安区振兴山河赋 M 大厦（A 座）19 楼

联系方式：0564-3383801

3. 项目联系方式

项目联系人：袁工、杨工

电话：0564-3383801

4. 政府采购监督管理部门信息

名称：六安市裕安区财政局

地址：六安市龙河西路裕安区政府四楼

联系方式：0564-3301852

2026 年 5 月 19 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：___年___月___日___时___分 地点：_____/_____ 联系人及联系电话：___/_____ 注： 如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问方式	（1）供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子交易系统向采购人（采购代理机构）在线提出，采购人（采购代理机构）收到供应商询问后将及时通过系统在线回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可，询问函范本详见采购文件第七章。 （2）询问的提出与答疑获取具体步骤：供应商请登录“六安市公共资源电子交易平台-投标人”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“网上提问”上传疑问文件。请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。
7.1	包别划分	<input type="checkbox"/> 不分包 <input checked="" type="checkbox"/> 分为 <u>5</u> 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： <u>本项目分为5个包，投标供应商可以同时投多个包（投多个包的，以包为单位分别编制、提交投标文件，否则将导致投标无效），但最多只能中其中一个包。评标时按照第一包、第二包、第三包、第四包、第五包的先后顺序进行，投标供应商若成为排序在前包别的第一中标候选供应商，其投标文件仍参与后续包别的评审，但不再被推荐为中标候选供应商，自动放弃后续包别的中标候选资格。</u>
9.4	异常低价投标审查	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

		<p>1、投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 <u>65</u> % 的，即投标报价 < 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 × <u>65</u> %；（比例范围：50%-65%）</p> <p>2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 <u>65</u> % 的，即投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 × <u>65</u> %；（比例范围：50%-65%）</p> <p>3. 投标报价低于采购项目最高限价 <u>65</u> % 的，即投标报价 < 采购项目最高限价 × <u>65</u> %；（比例范围：45%-65%）</p> <p>4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>注：上述比例由采购人根据项目特点及要求自行填写。</p>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	90 个日历日
13.1	投标文件递交及解密要求	<p>（1）投标文件份数及要求：加密电子版投标文件壹份（通过六安市公共资源交易平台投标人系统上传）。</p> <p>（2）递交投标文件注意事项：加密电子版投标文件必须在投标截止时间前网上递交。</p> <p>（3）投标文件解密时间：解密程序开始后供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。</p>
14.1	资格审查	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人审查 <input type="checkbox"/> 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
14.3	评标委员会	本项目评标委员会 <u>7</u> 人。（项目依法组建不少于 5 人组成的评标委员会。采购预算金额在 1000 万以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会人数应当在 7 人以上单数）
17.2	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
17.3	中小企业价格扣除	<p>（注：适用于非专门面向中小企业采购项目）</p> <p>（1）小型和微型企业价格扣除：<u>10</u> %（10%-20%）。</p> <p>（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。</p> <p>（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。</p> <p>（4）符合条件的联合体价格扣除：<u>/</u> %（4%-6%）。（接受大中型企业与小微企业组成联合体的项目适用）。</p> <p>（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：<u>/</u> %（4%-6%）。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）</p>

17.4	本国产品价格扣除	<p>本项目是否适用：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>（注：适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）</p> <p>（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 20%。</p> <p>（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 20%。</p>
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<p>评标委员会推荐中标候选人的数量：3 家</p> <p>注：法律、法规另有规定的，从其规定</p>
21.2	确定中标人	<p><input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人确定</p>
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	<p>（1）《中小企业声明函》；（如有）</p> <p>（2）《残疾人福利性单位声明函》；（如有）</p> <p>（3）《关于符合本国产品标准的声明函》或国家有关部门规定的证明文件；（如有）</p> <p>（4）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价（适用最低评标价法）</p> <p>（5）中标供应商的评审总得分（适用综合评分法）</p>
24.1	中标通知书发出的形式	<p><input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文</p> <p>特别提醒：采购人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。投标供应商应主动登录电子交易系统查询，采购人和采购代理机构不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。</p>
25.1	告知招标结果的形式	<p><input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统（不见面开标大厅）查看</p> <p><input type="checkbox"/> 评标现场告知</p>
26.1	履约保证金	<p>1、中标供应商在签订合同时应当向采购人提交合同总价 <u>2.5</u> % 的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的 2.5%）。</p> <p>2、中标供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。</p> <p>3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。</p> <p>注意事项：</p> <p>（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p>

27.1	签订合同、 合同公告、 验收与支付 时间	<p>(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>(2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。</p> <p>(3) 采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。</p> <p>(4) 采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。</p> <p>(5) 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。</p> <p>(6) 对于符合支付条件的项目，应在收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付。</p> <p>(7) 因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。</p>																																
28.1	代理服务费	<p>1、支付方：中标供应商</p> <p>2、服务费用：按下列标准收取</p> <table border="1" data-bbox="491 1480 1375 1892"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>货物类项目</th> <th>服务类项目</th> <th>工程类项目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>100000 以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：代理服务费按差额定率累进法计算。</p> <p>例如：某服务类项目代理业务中标金额为 6000 万元，计算代理服务费如下：$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$</p>	中标金额（万元）	货物类项目	服务类项目	工程类项目	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
中标金额（万元）	货物类项目	服务类项目	工程类项目																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

		<p>(500—100) 万元×0.8%=3.2 万元</p> <p>(1000—500) 万元×0.45%=2.25 万元</p> <p>(5000—1000) 万元×0.25%=10 万元</p> <p>(6000—5000) 万元×0.1%=1 万元</p> <p>合计收费=1.5+3.2+2.25+10+1=17.95(万元)</p> <p>3、收取方式：银行转账。</p> <p>注：代理服务费详见中标结果公告。</p>
31.3	质疑函递交方式	<p>1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过以下方式提出：方式一，以书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑；方式二，通过电子交易系统向采购人、采购代理机构在线提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定的要求制作（《质疑函》范本详见采购文件“第七章政府采购供应商询问函和质疑函范本”，质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人电子签章后上传提交。</p> <p>2、在线质疑提出与答疑获取具体步骤：登录“六安市公共资源电子交易系统-投标人”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“质疑”上传质疑文件。提交成功后质疑文件即传至采购人（采购代理机构），采购人（采购代理机构）将通过电子交易系统于收到质疑文件后七个工作日内在线答复，请质疑人及时通过“答疑文件下载”查收答疑文件。</p> <p>3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政府采购”-“澄清与修改”栏目，查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。</p>
32	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p>

	<p>(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、采购文件中，按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。</p> <p>3、采购文件中，所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。</p> <p>4、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>5、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p> <p>6、根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购[2023]853号）规定，本次采购落实政府绿色采购相关政策。</p> <p>7、不见面开标注意事项详见“二、投标人须知正文”</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，在取得上级法人公司授权后可以分公司名义参与投标。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若投标邀请中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，可通过投标人须知前附表规定的网上提问形式（电子交易系统）提交给采购人（采购代理机构）。

6.2 采购人（采购代理机构）可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购人（采购代理机构）将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

投标人应主动上网查询。采购人（采购代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购人（采购代理机构）在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购人（采购代理机构）对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现**投标人须知前附表**所列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于表中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。**其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。**

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在投标邀请规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭

证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、解密情况等招标文件规定的内容。

13.3 投标人代表对开标过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会人数：见投标人须知前附表。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规

定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微

企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额达到招标文件中规定预留份额的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购人及采购代理机构将在六安市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.luan.gov.cn>）、安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）等网站上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 质疑函递交方式见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 不见面开标注意事项

第一条 不见面开标时间以六安市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。

第二条 参与不见面开标的招标人（采购人）或其委托的代理机构、投标人（供应商）等交易主体，应当按照规定取得和使用数字证书及电子签章。各方主体在电子系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

第三条 投标人（供应商）参加不见面开标项目，应在投标文件递交截止时间前严格按招标（采购）文件要求制作、上传经过数字证书电子签章加密的电子交易文件（加密和解密须用同一数字证书）。招标人（采购人）或其委托的代理机构担任不见面开标室主持人。主持人根据不见面开标程序和操作权限进行不见面开标操作。

第四条 投标人（供应商）应在投标截止时间之前使用数字证书（即 CA 专用锁）或手机扫描（以招标采购文件约定为准）自行登陆不见面开标大厅。

第五条 投标文件以投标人（供应商）在招标文件规定的投标文件递交截止时间前通过六安市公共资源电子交易系统完成上传的电子交易文件为准。不见面开标室根据招标文件规定的开标时间要求自动提取投标文件。主持人将在不见面开标室内公布投标人（供应商）名单等，并通过不见面开标室发出投标文件解密指令，投标人（供应商）应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。

投标人（供应商）未按规定完成解密，视为放弃投标。

第六条 投标人（供应商）应妥善保管和正确使用数字证书，期满前及时到证书颁发机构办理续期。

出现下列情况的，投标人（供应商）须重新用数字证书电子签章和加密投标文件，并在投标文件递交截止时间前将投标文件上传到达至六安市公共资源电子交易系统：

- （一）数字证书到期后重新续期；
- （二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担 responsibility。

第七条 各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

第八条 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公

正和信息安全时，各方当事人免责：

- （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用不见面开标系统的；
- （二）不见面开标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （三）不见面开标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险的；
- （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- （五）电力系统发生故障导致不见面开标系统无法运行的；
- （六）其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的情形。

第九条 出现第八条所列情形，不能及时解决的，应由招标人（采购人）和交易中心及时会商，并报告公共资源交易监管部门，采取以下方式处理：

（一）系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行后可继续项目开标；

（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，可依法中止开标，做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后重新开标。

33. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	<p>(1) 对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 <u>60%</u>（0-70%）；</p> <p>(2) 中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 <u>60%</u>（40%-70%）；</p> <p>(3) 分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 <u> / </u>（40%-70%）。</p> <p>注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。</p> <p>剩余款支付方式：供货、安装完成并经验收合格一次性付清剩余合同价款。</p> <p>（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）</p>
2	供货及安	六安市裕安区境内，采购人指定地点。

	装地点	
3	供货及安装期限	合同签订后 45 个日历天内完成供货、安装、调试。
4	免费质保期	自验收合格之日起：一包、二包、三包整机原厂质保不少于五年，四包、五包整机原厂质保不少于三年。
5	其他要求	1. 软件系统终身升级（费用包含在投标总价内）。 2. 接入医院信息系统（费用包含在投标总价内）。
6	医疗器械注册证或备案材料	所投产品如为一类医疗器械，须具有有效的医疗器械备案凭证(或备案信息表)；所投产品如为二类或三类医疗器械，须具有有效的医疗器械注册证。投标文件中须提供相应的证书(或备案凭证或备案信息表)扫描件，否则投标无效。
7	辐射安全许可证	所投产品为射线装置时，投标人应按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，投标文件中提供具备相对应且有效的辐射安全许可证扫描件，否则投标无效。

二、货物需求

前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。

标识符号说明

标识注释	标识符号	代表意思
重要指标项	★	评分项

注：技术参数及要求中标★为重要参数并作为评分项，不作为否决项；未标注特定标识项属于实质性响应参数，不参与评分，但必须满足或优于参数要求，否则视为无效响应。

（一）主要标的物

包别	序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为 核心产品
第一包	1	CT（64 排）	详见下表	2 台	工业	/
第二包	1	CT（32 排高配）		4 台		/

第三包	1	CT（32排标配）	4台	是
	2	口腔CT	8台	/
第四包	1	中药熏蒸治疗机	16台	/
	2	AED	25台	/
	3	除颤监护仪	2台	/
	4	冲击波	14台	/
	5	碎石机	3台	/
	6	腹腔镜	1台	是
第五包	1	血液透析用制水设备	1台	/
	2	血液透析机（双泵）	1台	/
	3	血液透析机（单泵）	9台	是

（二）技术参数及要求

第一包

序号	货物名称	技术参数及要求
1	CT（64排）	1. 扫描架系统 1.1 扫描架孔径： $\geq 70\text{cm}$ 1.2 扫描架可倾斜，且可在操纵台上遥控 1.3 驱动方式：皮带驱动/皮钢带驱动/电机直驱 1.4 滑环类型：低压滑环 1.5 机架冷却方式：风冷或其他方式自述 1.6 提供内置三维激光定位系统 1.7 探测器Z轴物理排数： ≥ 64 排 ★1.8 探测器Z轴覆盖宽度： $\geq 40\text{mm}$ 1.9 每排探测器单元数（X-Y轴） ≥ 860 个/排 1.10 探测器物理单元总数 ≥ 54000 个 1.11 探测器单元Z轴最小物理尺寸： $\leq 0.75\text{mm}$ 1.12 最快转速时每圈数据采样率： $\geq 1500\text{views}/360^\circ$ 2. 扫描参数 2.1 机架最快旋转扫描时间/ 360° ： ≤ 0.48 秒/ 360° ★2.2 最薄图像层厚 $\leq 0.5\text{mm}$ 2.3 扫描采集视野： $\geq 50\text{cm}$ 2.4 定位片扫描长度： $\geq 160\text{cm}$

		<p>2.5 定位片扫描宽度：≥50cm</p> <p>2.6 定位片计划：双定位</p> <p>2.7 提供在线重建 MPR 功能</p> <p>2.8 最大螺距：≥1.5</p> <p>★2.9 单次连续螺旋扫描：≥200 秒</p> <p>2.10 可随扫描曝光进行实时 MPR 图像预览</p> <p>2.11 可随扫描曝光进行实时 VR 图像预览</p> <p>3. 球管及高压发生器</p> <p>★3.1 球管阳极实际热容量：≥8MHu</p> <p>3.2 球管最大电流：≥420mA</p> <p>3.3 球管最小电流：≤6mA</p> <p>3.4 球管阳极散热率（非等效概念）：≥930kHu/min</p> <p>3.5 球管最小电压：≤70kV</p> <p>3.6 球管最大电压：≥140kV</p> <p>★3.7 球管最大焦点：≤1.1 平方毫米</p> <p>★3.8 球管最小焦点：≤0.5 平方毫米</p> <p>3.9 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥50kW</p> <p>3.10 球管电压可调档位数量≥4 档</p> <p>4. 扫描床系统</p> <p>4.1 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤56cm</p> <p>4.2 扫描床水平移动范围：≥175cm</p> <p>4.3 扫描床水平可扫描范围：≥160cm</p> <p>★4.4 扫描床水平移动最高速度：≥260mm/s</p> <p>4.5 扫描床承重量：≥200kg</p> <p>4.6 床移动精度：≤±0.25mm</p> <p>4.7 提供扫描床控制脚踏开关</p> <p>★4.8 床面可升至离地面最高距离≥1000mm</p> <p>5. 主控制台计算机系统</p> <p>5.1 CPU：≥4 核</p> <p>5.2 内存：≥16GB</p> <p>5.3 硬盘容量：≥920GB</p> <p>5.4 图像存储量：≥300,000 幅(512 矩阵不压缩图像)</p> <p>5.5 存储系统：DVD-RW</p> <p>5.6 液晶显示器：≥21 英寸,分辨率≥1280×1080</p> <p>5.7 图像格式和传输存储：DICOM 3.0 具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS 联接功能</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>5.8 自动语言提示功能：标配</p> <p>5.9 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配</p> <p>6. 图像质量</p> <p>★6.1 X-Y 轴空间分辨率：≥22LP/CM</p> <p>6.2 Z 轴空间分辨率：≥14LP/CM</p> <p>6.3 密度分辨率：≤2mm@0.3%</p> <p>6.4 CT 值范围：≥-1024HU~+3071HU</p> <p>6.5 标准图像重建矩阵：≥512×512</p> <p>★6.6 螺旋最薄图像采集层厚≤0.5mm</p> <p>6.7 肺部扫描空间分辨率≥22LP/CM@0%MTF</p> <p>7. 独立后处理工作站</p> <p>7.1 CPU：≥4 核</p> <p>7.2 内存：≥32GB</p> <p>7.3 硬盘容量：≥920GB</p> <p>7.4 永久贮存刻录方式：DVD</p> <p>7.5 液晶显示器：≥21 英寸,分辨率≥1280×1080</p> <p>7.6 图像格式、传输存储：DICOM 3.0</p> <p>8. 临床应用软件</p> <p>8.1 多平面重建 MPR：提供</p> <p>8.2 最大密度投影(MIP)：提供</p> <p>8.3 最小密度投影(MinIP)：提供</p> <p>8.4 曲面重建(CPR)：提供</p> <p>8.5 容积三维重建 (VR)：提供</p> <p>8.6 区域生长容积分析功能：提供</p> <p>8.7 表面重建 (SSD)：提供</p> <p>8.8 容积漫游 (VRT)：提供</p> <p>8.9 组织裁剪：提供</p> <p>8.10 自适应滤波条状伪影消除技术：提供</p> <p>8.11 图像增强技术：提供</p> <p>8.12 图像减影功能：提供</p> <p>8.13 CT 电影功能：提供</p> <p>8.14 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供</p> <p>8.15CT 血管造影 (CTA)：提供</p> <p>8.16CT 仿真内窥镜显示功能：提供</p> <p>9. 血管测量软件包：提供</p> <p>9.1 零减影头颈部血管成像功能：提供</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9.2 一键自动去除 3D 重建图像的头颈部骨组织功能：提供</p> <p>9.3 头颈部血管追踪功能：提供</p> <p>9.4 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供</p> <p>9.5 一键自动去除 3D 重建图像的体部骨组织：提供</p> <p>9.6 体部血管追踪功能：提供</p> <p>9.7 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供</p> <p>10. 心脏冠脉分析软件包：提供</p> <p>10.1 心电门控扫描技术：提供</p> <p>10.2 冠脉 CTA 扫描最快机架转速≤ 0.48 秒/360°</p> <p>10.3 一键式自动提取冠状动脉树：提供</p> <p>10.4 智能识别特定冠脉分支：提供</p> <p>10.5 房室智能提取和分离：提供</p> <p>10.6 智能心电编辑：提供</p> <p>10.7 标记冠脉狭窄部位：提供</p> <p>10.8 冠脉狭窄分析：提供</p> <p>10.9 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供</p> <p>10.10 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供</p> <p>★10.11 冠脉钙化分析：提供</p> <p>10.12 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供</p> <p>10.13 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供</p> <p>10.14 冠脉斑块分析：提供</p> <p>10.15 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供</p> <p>10.16 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供</p> <p>10.17 心脏功能评估：提供</p> <p>10.18 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供</p> <p>★10.19 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供</p> <p>10.20 电影观察与记录心脏多时相运动：提供</p> <p>10.21 一键式快速图像结果保存功能：提供</p> <p>11. 提供头部灌注软件：提供</p> <p>11.1 提供 Stroke 和 Tumor 两种计算协议：提供</p> <p>11.2 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供</p> <p>11.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供</p> <p>11.4 自动计算 CBV, CBF, TTP, MTT、PS 和 T_{max} 等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供</p> <p>11.5 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供</p> <p>11.6 缺血半暗带分析：提供</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>12. 体部灌注软件：提供</p> <p>12.1 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供</p> <p>12.2 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供</p> <p>12.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供</p> <p>12.4 自动计算 BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP 和 PS 等灌注参数：提供</p> <p>12.5 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供</p> <p>13. 肺结节评估软件包：提供</p> <p>13.1 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供</p> <p>13.2 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供</p> <p>★13.3 自动测量结节直径、体积、CT 值等参数：提供</p> <p>13.4 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供</p> <p>13.5 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供</p> <p>13.6 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供</p> <p>13.7 肺结节 CAD 分析功能：提供</p> <p>14. 肺气肿分析软件包：提供</p> <p>14.1 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供</p> <p>14.2 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的 3D 查看：提供</p> <p>14.3 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供</p> <p>14.4 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供</p> <p>14.5 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供</p> <p>15. 低剂量平台</p> <p>15.1 提供各家最新发布的高端迭代技术</p> <p>15.2 提供 70KV 超低电压超高对比度成像技术</p> <p>★15.3 提供 10mA 肺部扫描技术</p> <p>15.4 提供智能 mA 调节技术</p> <p>15.5 提供自动管电压推荐技术</p> <p>★15.6 提供 AI 深度学习重建算法</p> <p>16. 附件</p> <p>16.1 提供质控水模和床垫等</p> <p>16.2 提供主控台工作桌椅套件</p> <p>16.3 UPS 一台</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.4 稳压电源一台

第二包

序号	货物名称	技术参数及要求
1	CT（32排高配）	<p>1. 设备机架系统</p> <p>1.1 滑环类型：低压滑环</p> <p>1.2 扫描架孔径（需为整数，不可以偏差值响应）：$\geq 70\text{cm}$</p> <p>★1.3 扫描架物理倾角（机架实际倾斜，非数字倾角）：$\geq \pm 30^\circ$</p> <p>1.4 机架系统可遥控：提供</p> <p>1.5 三维激光定位系统：提供</p> <p>1.6 机架冷却方式：风冷</p> <p>★1.7 球管焦点到扫描等中心点距离：$\leq 570\text{mm}$</p> <p>1.8 球管焦点到探测器距离：$\geq 950\text{mm}$</p> <p>2. 扫描检查床</p> <p>★2.1 最大水平移动范围：$\geq 1850\text{mm}$</p> <p>2.2 可扫描范围：$\geq 1600\text{mm}$</p> <p>2.3 床升降最高高度：$\geq 900\text{mm}$</p> <p>2.4 床升降范围：$\geq 300\text{mm}$</p> <p>2.5 最大横向进床速度：$\geq 200\text{mm/s}$</p> <p>2.6 最小横向进床速度：$\leq 3\text{mm/s}$</p> <p>2.7 扫描床最大载重量：$\geq 200\text{Kg}$</p> <p>2.8 扫描床控制脚踏开关：提供</p> <p>3. 探测器及数据采样系统</p> <p>3.1 探测器 Z 轴物理排列数（要求等宽排列，不含数字概念）：≥ 32 排</p> <p>★3.2 探测器单元 Z 轴最小物理尺寸（非扫描层厚）：$\leq 0.6\text{mm}$</p> <p>★3.3 探测器 Z 轴总宽度：$\geq 22\text{mm}$</p> <p>3.4 每排探测器单元数：≥ 850 个</p> <p>★3.5 探测器物理单元总数：≥ 28000 个</p> <p>3.6 探测器采样率：$\geq 1500\text{views/圈}$</p> <p>4. 球管及高压系统</p> <p>4.1 球管阳极物理热容量（非等效概念）：$\geq 3.5\text{MHU}$</p> <p>4.2 冷却方式：风冷或油冷</p> <p>4.3 最大球管电压：$\geq 130\text{kV}$</p> <p>4.4 最小球管电压：$\leq 70\text{kV}$</p> <p>★4.5 最大可调管电流：360mA</p> <p>4.6 最小可调管电流：$\leq 10\text{mA}$</p> <p>★4.7 球管小焦点：$\leq 0.7\text{mm} \times 0.8\text{mm}$</p>

		<p>4.8 球管大焦点：$\leq 1.2\text{mm} \times 1.4\text{mm}$</p> <p>★4.9 高压发生器功率（实际功率，非等效概念）：$\geq 45\text{kW}$</p> <p>5. 扫描参数</p> <p>★5.1 机架最快旋转扫描时间/360°：$\leq 0.7\text{s}$</p> <p>5.2 每圈扫描层数：≥ 64层</p> <p>★5.3 最薄扫描层厚：$\leq 0.6\text{mm}$</p> <p>5.4 最薄图像重建层厚：$\leq 0.6\text{mm}$</p> <p>5.5 单次螺旋连续最长扫描时间：$\geq 100\text{s}$</p> <p>5.6 头颅单圈轴扫探测器覆盖宽度：$\geq 22\text{mm}$</p> <p>★5.7 最大螺距：≥ 1.8</p> <p>5.8 10毫安低剂量扫描技术：提供</p> <p>6. 图像质量</p> <p>6.1 空间分辨率（X,Y轴）@0%MTF：$\geq 191\text{lp/cm}$</p> <p>6.2 密度分辨率：$\leq 2\text{mm}@0.3\%$</p> <p>6.3 各向同性空间分辨率：$\leq 0.28\text{mm}$</p> <p>6.4 实际CT值范围：$\geq -1000\text{HU} \sim +3000\text{HU}$</p> <p>7 主控制台计算机系统</p> <p>7.1 内存$\geq 24\text{GB}$</p> <p>7.2 硬盘$\geq 3\text{TB}$</p> <p>7.3 CPU内核数目≥ 6核</p> <p>7.4 22英寸及以上高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵$\geq 1280 \times 1080$</p> <p>7.5 网络接口DICOM 3.0：提供</p> <p>7.6 永久贮存刻录方式：DVD</p> <p>7.7 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：提供</p> <p>7.8 自动照相技术：提供</p> <p>7.9 同步并行图像处理功能：提供</p> <p>8. 临床应用软件</p> <p>8.1 图像减影功能：提供</p> <p>8.2 CT电影功能：提供</p> <p>8.3 管电流自动调节功能：提供</p> <p>8.4 MPR/CPR/SSD/MIP/VR：提供</p> <p>8.5 组织裁剪：提供</p> <p>8.6 三维（3D、SSD）软件：提供</p> <p>8.7 最大及最小密度投影（MIP,MinP）：提供</p> <p>★8.8 三维容积测量评估功能：提供</p> <p>8.9 CT血管造影：提供</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		8.10 一键式容积重建：提供 ★8.11 血管测量功能：提供 8.12 一键式去骨功能：提供 8.13 容积漫游（VRT）：提供 ★8.14 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查：提供 9. 其他配置 9.1 后处理工作站一套 9.2 机房防护工程 9.3 UPS 一台 9.4 稳压电源一台
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三包

序号	货物名称	技术参数及要求
1	CT（32 排标配）	1. 机架系统 1.1 旋转方式：螺旋 ★1.2 孔径：≥70cm 1.3 机架宽度：≤195cm 1.4 机架倾角：≥±30 度，数字倾斜 1.5 滑环类型：低压滑环 ★1.6 探测器排数（要求等宽排列，不含数字概念）：≥32 排 1.7 每排探测器物理个数：≥700 个 1.8 探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 ★1.9 探测器宽度：≥20mm 1.10 球管焦点到探测器的距离：≤97cm 1.11 球管焦点到等中心的距离：≤55cm 2. 扫描床系统 ★2.1 床水平移动范围：≥1800mm 2.2 床水平移动速度：≥1~150mm/s 2.3 床垂直移动范围：≥50cm 2.4 扫描床定位精度：≤±0.25mm 2.5 距离地面最低高度：≤50cm 3. 高压系统 ★3.1 球管热容量（非等效概念）：≥3.5MHU 3.2 阳极最大散热率：≥700KHU/min ★3.3 高压发生器功率（实际功率，非等效概念）≥42KW 3.4 球管最小输出电流：≤10mA ★3.5 球管最大输出电流：≥300mA

	<p>3.6 最大球管电压：≥140KV</p> <p>★3.7 最小球管电压：≤70KV</p> <p>★3.8 小焦点大小：≤0.6mm²</p> <p>★3.9 最大单次连续螺旋扫描时间：≥120 秒</p> <p>4. 主操作台</p> <p>★4.1 内存：≥16GB</p> <p>4.2 硬盘容量：≥1TB</p> <p>4.3 图像存储量：≥400,000 幅无压缩图像（512×512）</p> <p>4.4 同步处理功能：具有</p> <p>4.5 同步同屏显示不同方式后处理的图像：具有</p> <p>4.6 高分辨率显示器：≥21 英寸 LCD（1920× 1080）</p> <p>4.7 显示器个数：≥1 个</p> <p>5. 扫描参数</p> <p>★5.1 最快扫描转速：≤0.8s/360 度</p> <p>5.2 最大扫描层数：≥64 层</p> <p>5.3 最大扫描视野 FOV（不含扩展 FOV：）≥40cm</p> <p>5.4 定位像长度：≥160cm</p> <p>5.5 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度</p> <p>★5.6 空间分辨率：≥20LP/cm（0%MTF）</p> <p>★5.7 密度分辨率：≤2mm@0.3%</p> <p>★5.8 图像重建速度：≥30 幅/秒</p> <p>6. 临床应用软件</p> <p>6.1 MPR：提供</p> <p>6.2 MPVR：提供</p> <p>6.2 最大密度投影 MIP：提供</p> <p>6.3 最小密度投影 MinIP：提供</p> <p>6.4 三维容积显示：提供</p> <p>6.5 三维血管 CTA：提供</p> <p>6.6 仿真内窥镜功能：提供</p> <p>6.7CT 电影：提供</p> <p>6.8 造影剂智能动态跟踪：提供</p> <p>6.9 全域迭代重建算法：提供</p> <p>6.10 肺纹理增强软件：提供</p> <p>6.11 运动伪影校正软件：提供</p> <p>6.12 金属伪影抑制技术：提供</p> <p>6.13 条状伪影消除软件：提供</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>6.14 后颅窝伪影校正软件：提供</p> <p>6.15 焦点自动跟踪功能：提供</p> <p>6.16X 射线优化滤过功能及装置：提供</p> <p>6.17 呼吸控制提示：提供</p> <p>6.18 呼吸控制语音提示：提供</p> <p>6.19 低剂量儿童扫描功能：提供</p> <p>6.20Dicom3.0 数字接口：提供</p> <p>6.21 自动照相功能：提供</p> <p>6.22 自动语音系统及双向语音传输：提供</p> <p>7.其他配置</p> <p>7.1 后处理工作站一套</p> <p>7.2 机房防护工程</p> <p>7.3 UPS 一台</p> <p>7.4 稳压电源一台</p>
2	口腔 CT	<p>一、总体要求</p> <p>技术全面性：适用于口腔系统的 X 线诊断分析，具备 CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型；提供配套口腔数字化影像软件和正畸处理软件。</p> <p>二、主要功能要求与技术参数：</p> <p>1. X 射线发生及相关性能指标</p> <p>1.1 X 射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；</p> <p>1.2 整机最小焦点：≤0.5mm×0.5mm；</p> <p>1.3CBCT 最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA；</p> <p>1.4 CBCT 最低管电压：≤60 kV；最高管电压：≥100 kV；</p> <p>1.5 最小加载时间：≤16 秒。</p> <p>2. 探测器及图像相关成像性能</p> <p>2.1 探测器数量：≥2；</p> <p>2.2 CT 探测器类型：平板探测器；面积≥12.5cm×12.5cm；</p> <p>2.3 CBCT 单圈成像最大视野 FOV：≥14cm(直径)×10cm(高)；</p> <p>2.4 三维 CBCT 扫描成像空间分辨率：≥2.0Lp/mm。</p> <p>3. 机械装置性能及其他要求</p> <p>3.1 摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥60cm；</p> <p>3.2 控制面板：触控式液晶控制面板。</p> <p>4. 软件功能要求</p> <p>4.1 具备 CBCT、2D 全景、2D 头颅、口内牙片扫描等独立拍摄功能；具备放大镜功能；</p>

		<p>4.2 具有 3D 重建视图；</p> <p>4.3 具有三维图像配准叠加功能；</p> <p>4.4 模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向；</p> <p>4.5 具备智能牙齿根管功能。</p> <p>5. 数据管理及相关功能</p> <p>5.1 数据传输：能将设备接入医院现有 PACS 网络。</p> <p>5.2 影像后处理工作站 1 套：含显示器≥ 23 英寸，主机内存容量$\geq 16\text{GB}$, 硬盘容量$\geq 2\text{TB}$, 显卡显存$\geq 4\text{GB}$。</p> <p>三、其他配置要求</p> <p>1. 医师椅 1 台</p> <p>2. 光固化机 1 台</p> <p>3. 管根测量仪 1 台</p> <p>4. 牙胶尖切断器 1 台</p> <p>5. 超声波清洗机 1 台</p> <p>6. 高速涡轮手机 5 支</p> <p>7. 低速涡轮手机 2 支</p> <p>8. 洁牙机手柄 2 支</p> <p>9. 低速打磨机 1 台</p> <p>10. 前牙拔牙钳 2 把</p> <p>11. 后牙拔牙钳 4 把</p> <p>12. 牙挺 4 把（小号、中号）</p> <p>13. 刮匙 20 把</p> <p>14. 打磨机 1 台</p> <p>15. 牙科综合治疗台 1 台</p> <p>16. 空气压缩机 1 台</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四包

序号	货物名称	技术参数及要求
1	中药熏蒸治疗机	<p>1. 通道≥ 2 路，可以同时治疗两个病人。</p> <p>2. 操作显示：≥ 5 英寸液晶触摸屏。</p> <p>3. 预加热时间：$\leq 15\text{min}$。</p> <p>4. 功率调节：≥ 4 档。</p> <p>5. 喷头可水平上下旋转和横向调节。</p> <p>6. 治疗时间：可调；治疗时间达到设定时间时，有提示音，加热装置自动断电。</p> <p>7. 预热温度：$50\sim 90^{\circ}\text{C}$ 可调。</p> <p>8. 加液总容量：$\geq 6\text{L}$。</p>

		<p>★9. 具有自动漏电保护、自动防干烧功能(水位监测)。</p> <p>10. 在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。</p> <p>11. 加热锅具有多重安全保护装置。</p> <p>12. 配备冷凝水处理装置。</p> <p>13. 具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。</p> <p>14. 具有双重超温保护功能。</p> <p>15. 具有滤气装置。</p>
2	AED	<p>1. 屏幕设备主机自带显示屏，屏幕尺寸≥ 4英寸。</p> <p>2. 具备双向波除颤技术，成人最大输出能量$\geq 200\text{J}$。</p> <p>3. 电极片有效期：标配单副电极片有效期≥ 36个月。</p> <p>4. 配置的电池电量可支持 200J 除颤治疗次数≥ 170次。</p> <p>★5. 设备防水等级$\geq \text{IP55}$, 具备抗震功能，可承受在$\geq 1\text{m}$高度跌落后可正常运行。</p> <p>6. 首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量。</p> <p>7. 整机(含电池和电极片)重量$\leq 3.5\text{Kg}$。</p> <p>8. AED 具有语音提示功能。</p> <p>★9. 设备从开始 AED 分析到放电准备就绪时间$\leq 15\text{s}$。</p> <p>10. 具备自检功能。</p> <p>11. 病人阻抗范围：25~200Ω。</p> <p>12. 能量范围选择≥ 3档。</p> <p>13. 设备配套带柜，且带柜具备声、光报警装置，当设备存放箱 柜门被打开后，持续进行声、光报警，直至柜门关闭后停止。</p> <p>14. 配套 5 台 AED 自动体外除颤仪教学机(训练专用)，5 具心肺复苏模拟人，2 个海姆立克马甲，5000 个救护培训绷带，20 个红十字会专用应急救援包(含)内置配件；此项为合计数量，不随 AED 采购数量累加。</p>
3	除颤监护仪	<p>1. 标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能，除颤最大能量可达 360J。</p> <p>2. 支持中文操作界面。</p> <p>3. 屏幕≥ 7英寸。</p> <p>4. 除颤监护仪采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。</p> <p>5. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。</p> <p>★6. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。</p> <p>7. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。</p> <p>8. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功</p>

		<p>能，记录时长≥ 1小时。</p> <p>9. 支持快速除颤，开机时间$\leq 3s$，充电至 200J$\leq 4s$，除颤后心电基线恢复时间$\leq 3s$。</p> <p>10. 具备体外起搏功能。</p> <p>11. 具备 CPR 辅助功能。</p> <p>12. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于 20 种。</p> <p>13. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于 16s。</p> <p>14. 可选配无创血压监测功能。</p> <p>15. 可存储 ≥ 50 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>16. 支持关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。</p> <p>17. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别$\geq IP44$。</p> <p>18. 具备优异的抗跌落性能，可承受 0.75 米跌落冲击。</p>
4	冲击波	<p>1. 工作压力：1~5.5bar， 调节步进值 0.1bar。</p> <p>2. 最大能量密度：$\geq 5mJ/mm^2$。</p> <p>★3. 冲击频率：1~25Hz， 调节步进值 1Hz。</p> <p>4. 冲击次数：100~9900 次，调节步进值 100 次。</p> <p>5. 具有多种脉冲模式。</p> <p>6. 操作显示：液晶触摸屏≥ 12 英寸。</p> <p>7. 输出通道≥ 2 通道</p> <p>8. 治疗枪具有减振功能。</p> <p>★9. 按摩头：≥ 7 个。</p> <p>10. 治疗头金属部分可在高温高压下消毒。</p> <p>11. 治疗探头通过生物相容性检测。</p> <p>12. 具有治疗开始和结束提示音。</p> <p>13. 具有过压安全装置。</p> <p>14. 带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，治疗处方≥ 200 个。具有自定义处方功能</p> <p>15. 具有气压不足的提示功能。</p> <p>16. 支持手柄识别功能。</p> <p>17. 具有多种治疗模式。</p> <p>18. 具有 VAS 疼痛评估模式。</p> <p>19. 系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。</p> <p>★20. 支持超声影像设备连接。</p>
5	碎石机	<p>1、碎石系统：</p> <p>（1）透镜电磁式冲击波源；</p>

	<p>(2) 高压放电范围最大值：11~16kV；</p> <p>(3) 高压放电电容储能：32J~128J 范围内；</p> <p>★(4) 冲击波治疗深度\geq130mm（可变焦）；</p> <p>(5) 聚焦范围：径向范围\leq±7mm；轴向范围-45mm~50mm。</p> <p>2、运动臂与冲击波源：</p> <p>★(1) 冲击波源运动臂转动角度范围\geq200°，在床上位和下位都能碎石；</p> <p>★(2) 与运动臂一体化的冲击波源独立上下升降运动幅度\geq300mm；</p> <p>(3) 冲击波源摆动角度范围\geq30°。</p> <p>3、B超定位系统：</p> <p>(1) 具有B超探头定位装置，具备电子自动测距功能；</p> <p>(2) 探头能对焦点作直线和环形运动；</p> <p>(3) 电动的探头具备伸缩功能，最大行程\geq80mm。</p> <p>4、操作系统：</p> <p>(1) 整机配置彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示；</p> <p>(2) 碎石时可选择连续触发、单次击发多种形式；</p> <p>(3) 碎石能量可调节；</p> <p>(4) 触发频率范围：60~90次/分钟；</p> <p>(5) 具有自动排气，超温保护自动循环装置。</p> <p>5、治疗床与主机：</p> <p>★(1) 治疗床全电动控制，三维六向运动。上下升降范围\geq150mm，纵向移动范围\geq145mm，横向移动范围\geq145mm；</p> <p>(2) 可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；</p> <p>(3) 治疗床为三段可拆装式，可配置泌尿手术附件；</p> <p>(4) 机械传动系统最小调节精度\leq2mm；</p> <p>(5) 治疗床有效载荷\geq120kg。</p> <p>6、产品配置要求：</p> <p>(1) 治疗床 1 台</p> <p>(2) 主机 1 台</p> <p>(3) 电气柜 1 台</p> <p>(4) 控制台 1 台</p> <p>(5) 冲击波源 1 套</p> <p>(6) 电容箱 1 套</p> <p>(7) 冲击波高压发生器 1 套</p> <p>(8) 水处理器 1 套</p> <p>(9) B超定位装置 1 套</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(10) 压腹带 1 套</p> <p>(11) 硅胶水囊 3 个</p> <p>(12) 工具箱 1 套</p>
6	腹腔镜	<p>一、摄像主机系统技术参数</p> <p>1、全数字化 4k 超高清图像处理系统，视频输出分辨率：4096×2160、3840×2160、1920×1080 等 3 种分辨率任意可选；</p> <p>★2、主机需同时具备 4K 超高清和全高清图像输出能力，视频输出接口≥4 个，其中 4K 超高清输出端口≥3 个；具备 12G-SDI、4×3G-SDI、HDMI、DVI 等多种接口（需为主机原生接口，非扩容接口），可满足手术室多显示器扩屏需求；</p> <p>★3、单平台可实现电子软镜及硬镜双镜联合使用，支持同一个监视器画中画显示或分屏显示；</p> <p>4、主机具备多光谱成像功能；</p> <p>★5、主机面板为 LCD 触摸屏控制面板≥6 英寸，非电容式触控面板设计，可滑动调节主机面板的图像界面，显示系统的相关参数进行功能设置；</p> <p>6、图像增强优化功能≥4 种；</p> <p>7、具有胸腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜等多种模式可选；</p> <p>8、摄像主机内置 USB3.0 接口，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，录像分辨率为 3840×2160、1920×1080 任意可选；</p> <p>9、数字变焦功能≥2 倍；</p> <p>10、具有一键自动白平衡，自动白平衡记忆功能；</p> <p>★11、主机画面亮度可调且主机同时具有智能联锁装置功能，可物理联锁调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题。</p> <p>12、主机具有光源亮度自动调节功能。</p> <p>13、设计使用寿命≥10 年。</p> <p>二、4K 白光摄像头</p> <p>1、全数字化超高清分辨白光影像输出，分辨率≥3840×2160；</p> <p>2、摄像头具有自定义按键，可进行白平衡、亮度调节、拍照、录像、电子放大功能、缩小、色调等功能模式设定。</p> <p>3、支持≥2 倍光学变焦，可通过镜头上的调焦环进行调焦；</p> <p>三、医用内窥镜冷光源</p> <p>1、采用纯白光 LED 照明，LED 寿命≥30000 小时，具有寿命提示功能；</p> <p>2、色温为 3000~6000K；</p> <p>3、光源主机面板为 LCD 触摸屏控制面板≥7 英寸；</p> <p>4、具有待机功能；</p> <p>5、具有出光防护功能；</p>

	<p>6、导光束耐高温，长度$\geq 300\text{cm}$。</p> <p>四、腹腔镜镜头</p> <p>1、30°、直径10mm，工作长度$\geq 300\text{mm}$；</p> <p>2、胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；</p> <p>3、景深范围$25\sim 130\text{mm}$；</p> <p>五、气腹机</p> <p>1、大流量供气，流量$\geq 40\text{L}/\text{min}$；</p> <p>2、压力设定范围：$5\sim 25\text{mmHg}$；</p> <p>3、具有压力过高感应及自动排气安全功能；</p> <p>4、具备加温功能；</p> <p>5、具有声光报警功能；</p> <p>6、液晶屏显示</p> <p>六、医用监视器</p> <p>1、4K 医用监视器，分辨率$\geq 3840\times 2160$，尺寸≥ 32英寸；</p> <p>2、具有 12G-SDI/HDMI/DVI 等输入信号端口，满足 4K 及高清图像显示需求；</p> <p>3、液晶显示屏，亮度$\geq 1000\text{cd}/\text{m}^2$；</p> <p>七、专用设备台车</p> <p>1、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车。</p> <p>八、手术器械</p> <p>1、取石钳 1 把：直径$10\pm 2\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>2、冲洗吸引管：直径$5\pm 1\text{mm}$</p> <p>3、分离钳 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>4、直角分离钳 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>5、单开细齿抓钳 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>6、胆囊抓钳 1 把：直径$10\pm 2\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>7、剪刀 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>8、持针器 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$</p> <p>9、穿刺器（$11\pm 2\text{mm}$）2 套</p> <p>10、穿刺器（$6\pm 1\text{mm}$）2 套</p> <p>11、外径缩小管 1 个</p> <p>12、气腹针 1 根，长度$\geq 100\text{mm}$</p> <p>13、L 型电钩 1 把：直径$5\pm 1\text{mm}$</p> <p>14、配套导线 1 根</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第五包

序号	货物名称	技术参数及要求
1	血液透析用	★1. 设备采用双级反渗透，二级产水量 $\geq 1200\text{L}/\text{H}$ （ 25°C ）。

	制水设备	<p>★2. 产水水质细菌总数$\leq 1\text{CFU/ml}$，内毒素$\leq 0.02\text{EU/ml}$。</p> <p>3. PLC 微电脑智能运行控制装置，全彩触屏界面操作，自动定时开停机功能。</p> <p>4. 双级反渗透系统，一二级直接耦合，二级直接供水，可实现一、二级切换单独使用。</p> <p>5. 由原水增压装置+预处理系统+双级反渗透系统+控制系统组成。直接将原水制成符合透析用水标的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。</p> <p>6. 系统须采用 PLC+触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示。设备具有故障报警功能，具有自我检测报警相关信息文字提示功能。</p> <p>7. 平衡器采用卫生级不锈钢平衡器，与主机一体化设计。</p> <p>8. 在运行过程中，能根据设备运行工况和纯水使用量，自动调节进水速度，使平衡器液位保持基本不变，进水速度稳定，不会频繁开关机。</p> <p>9. 消毒参数设定，实现自动化学消毒功能，实时监测、显示消毒运行工作状态和时间，并可对消毒运行是否完整进行验证。</p> <p>10. 系统消毒运行参数的设定，须具备可设定消毒液的循环时间、浸泡时间等参数、设备并且具有一键式化学消毒功能。</p> <p>11. 运行过程中，管路出现漏水时，能自动触发设备报警和漏水保护功能。</p> <p>12. 在触摸屏或 PLC 等核心控制部件故障时，能自动切换控制模式，保障设备自动运行不停机。</p> <p>★13. 热消毒系统须采用 PLC+触摸屏组合采用过流式加热工艺，加热系统配备防干烧控制功能，保障安全热消毒。</p> <p>14. 独立的热消毒系统，可与血透水处理机联动，自动定时热消毒。</p> <p>15. 设备须具有 IT 连接和远程监控功能，可通过远程监测使用状态，提供相应连接及软件的安装，系统可连接电脑或业主信息管理平台，远程监测、控制运行状态。</p> <p>16. 预处理系统采用石英砂+双活性炭+双软化装置。</p> <p>17. 设备上无任何隐藏密码所有的密码必须告知业主方，设备软件终身免费升级。</p> <p>18. 后级纯水输送管路采用不锈钢卡压管路（含保温材料）及配套式快装阀门。</p> <p>19. 所投水处理设备核心配置：</p> <p>（1）自动控制器具有手动/自动冲洗再生功能。</p> <p>（2）反渗透膜数量≥ 3支。反渗透膜脱盐率$\geq 99.4\%$。</p>
2	血液透析机 (双泵)	<p>一、功能配置</p> <p>1. 具有常规血液透析（HD）、超滤功能（UF）、脱水功能、和联机血液透析滤过（OnLineHDF）功能；</p> <p>2. 配备液晶触摸显示屏、中文操作界面；</p> <p>★3. 具有 Kt/V 显示及监测、血容量实时监测、体温实时监测功能；</p>

		<p>4. 具有空气监测功能，可监测连续微小气泡；</p> <p>5. 具有漏血监测功能；</p> <p>6. 设备适用于各种规格透析液配方；两支串联内毒素过滤器双重过滤透析液。</p> <p>7. 具有≥ 3种颜色报警灯；</p> <p>8. 肝素泵具备快速注入和追加功能；</p> <p>9. 静脉壶液面自动或手动调节；</p> <p>★10. 采用容量式平衡腔超滤控制系统；</p> <p>11. 完全分离的水电路设计；</p> <p>12. 断电保护：突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行≥ 25分钟；</p> <p>13. 可兼容各品牌透析液过滤器</p> <p>14. 可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录；</p> <p>15. 设备性能稳定，设计使用年限≥ 10年，设备铭牌上有明确标识。</p> <p>★16. 具有超滤曲线功能，每种程序提供图形化示意图；</p> <p>17. 漏血监测功能：光学监测，分辨真假漏血报警；敏感度$\leq 0.35\text{ml/min}$；</p> <p>18. 具备自动消毒模式，消毒过程可监测消毒液短缺，消毒后消毒液自动排空，具备满足临床需求的多种常规消毒模式。</p> <p>19. 具有帮助功能，一键解释界面图标功能信息，防止操作错误；</p> <p>二、技术参数：</p> <p>★1. 血流量：50~600ml/min，精确度$\pm 10\%$；</p> <p>2. 动脉压监测显示范围：-400mmHg~+400mmHg；监测精度$\leq \pm 10\text{mmHg}$</p> <p>3. 静脉压监测显示范围：-200mmHg~+400mmHg；监测精度$\leq \pm 10\text{mmHg}$</p> <p>4. 跨膜压监测显示范围：-200mmHg~+500mmHg；</p> <p>★5. 透析液流量范围：300~700ml/min；</p> <p>★6. 脱水速率：超滤率 100~4000ml/h；</p> <p>7. 置换液速度 50~300ml/min。</p>
3	血液透析机 (单泵)	<p>一、功能配置</p> <p>★1. 用于血液净化，除常规血液透析治疗模式外，可选择单超透析等治疗模式；</p> <p>2. 配备液晶显示屏、中文操作界面；</p> <p>3. 具有≥ 3种颜色报警灯；</p> <p>4. 设备开机强制自检；</p> <p>5. 设备适用于各种规格透析液配方；</p> <p>★6. 具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能；</p> <p>★7. 具有 Kt/V 显示及监测、血容量实时监测、体温实时监测功能；</p> <p>8. 肝素泵具备快速注入和追加功能；</p> <p>9. 具有漏血监测功能；</p>

	<p>10. 静脉壶液面自动或手动调节；</p> <p>11. 具有空气监测功能，可监测连续微小气泡；</p> <p>12. 具有透析液流速调整功能；</p> <p>13. 断电保护：突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行≥ 25分钟。</p> <p>14. 完全分离的水电路设计。</p> <p>15. 可兼容各品牌透析液过滤器。</p> <p>★16. 采用双容量式平衡腔超滤控制系统，单个平衡腔容量$\leq 50\text{ml}$或具有复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。</p> <p>17. 机器具有故障报错功能；</p> <p>18. 设备性能稳定，设计使用年限≥ 10年，设备铭牌或说明书上有明确标识；</p> <p>19. 可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录。</p> <p>20. 具有超滤曲线功能，每种程序提供图形化示意图；</p> <p>21. 设备消毒可以使用次氯酸钠、柠檬酸消毒。</p> <p>★22. 漏血监测功能：光电监测，分辨真假漏血报警；敏感度$\leq 0.35\text{ml/min}$。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>★1. 血流量：$50\sim 600\text{ml/min}$，精确度$\pm 10\%$；</p> <p>2. 动脉压监测显示范围：$-300\text{mmHg}\sim +280\text{mmHg}$；监测精度：$\leq \pm 10\text{mmHg}$</p> <p>3. 静脉压监测显示范围：$-60\text{mmHg}\sim +380\text{mmHg}$ 监测精度：$\leq \pm 10\text{mmHg}$</p> <p>4. 跨膜压监测显示范围：$-60\text{mmHg}\sim +500\text{mmHg}$；</p> <p>5. 透析液流量范围：$300\sim 700\text{ml/min}$；</p> <p>6. 脱水速率：超滤率$100\sim 4000\text{ml/h}$。</p> <p>三、配套设备</p> <p>1. 工作站一套；</p> <p>2. 体重秤 1 台。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、报价要求

本项目报价即为完成本项目的全部内容的所有费用，含设备运输费用、设备安装费、施工费、调试费、人员工资、利润、税金等。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人合理报价。

四、其他要求

1、供货方案

(1) 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

(2) 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

(3) 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

(4) 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

(5) 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

(6) 随产品提供的技术资料应完整无缺。

2、安装调试、验收试验及质量保证

2.1 中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.2 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

(1) 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

(2) 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

(3) 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

(4) 运行测试及最终验收。在安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

(5) 如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则不予验收通过。

3、产品性能

(1) 所投设备应具备必要的安全保护功能（如过载保护、漏电保护、紧急停机等），确保在正常使用及单一故障状态下不对操作者、患者及环境产生不合理风险，安全稳定。

（2）设备应具有良好的可操作性、可维护性和环境适应性。显示界面、操作按键、报警信号等应符合人机工程学设计；设备在额定电源电压、温湿度范围内应能连续稳定运行，核心部件的使用寿命或累计工作量应满足临床常规使用要求。

4、培训要求

（1）为使合同产品能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与供货进度相一致。

（2）培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：产品原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

（3）采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

5、应急服务要求

（1）备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品，并对设备故障等突发状况及时响应。

（2）专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

（3）接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

6、质保及售后服务

（1）自设备验收合格之日起进入质保期。

（2）在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情況下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情況下设备发生故障，中标人应及时提供免费维修服务。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人为企业（包括合伙企业的），应提供有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书、资格承诺	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》《无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形	无需提供证明材料。投标截止时间后至评审结束前，通过评标系统对投标人(含联合体成员)进行交互查询，以评标时六安市公共资源交易电子评标系统与“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”平台实时交互数据为准，相关查询结果系统自动存档。如遇系统故障，以“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站人工查询为准，现场对查询结果截图存档。人工查询仍有故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。
4	中小企业	符合申请人的资格要求中落实政府采	详见第六章投标文件格式。

	证明文件 (适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目)	购政策需满足的资格要求: (1) 专门面向中小企业采购的, 投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (2) 如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且投标人为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。	
5	拟分包情况说明及分包意向协议(适用于合同分包预留中小企业采购份额项目)	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照, 应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要求(适用于接受联合体投标项目)	联合体投标的详见投标人须知正文第1.5, 且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标文件格式。
8	其他特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照, 应完整的体现出材料或电子证照全部

		内容。
--	--	-----

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中实质性响应技术参数要求	详见第六章投标文件格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分	技术参数	评标委员会根据投标人对技术参数响应情况进行评审：采购	0-30

(70分)		<p>需求中标“★”参数（共15项），每满足1项参数要求得2分，共计30分。</p> <p>注：（1）采购需求中标“★”项包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予得分。</p> <p>（2）采购需求中标“★”参数或要求，投标人须提供对应证明材料，如产品说明书或技术白皮书或产品彩页或检测报告等。未提供相关证明材料的或提供的证明材料不能佐证参数满足或优于要求的，不予得分。</p>	
	业绩	<p>具有类似产品供货业绩的，每提供一个业绩得5分，满分10分。</p> <p>注：（1）所投包别非单一产品时，本项以核心产品业绩计分；</p> <p>（2）此处业绩系指产品业绩，不限合同签订的供货主体，收货单位须为实际使用单位；</p> <p>（3）投标文件中提供有效业绩合同、验收证明材料扫描件。提供的上述材料中所有内容均不得涂改、遮盖。如合同中无法体现产品品牌、使用单位等评审因素的，须同时提供该项目的招标人（或采购人）或最终使用单位加盖公章的证明材料扫描件，否则不计入业绩数量。</p>	0-10
	供货方案	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的供货方案进行综合评分，至少包含以下内容：①供货计划；②运输保护；③供货进度安排及人员配备等。</p> <p>（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得0分。</p>	0-5
	安装、调试方案	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的安装、调试方案进行综合评分，至少包含以下内容：①安装计划；②安装进度安排及人员配备；③调试方案等。</p> <p>（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目</p>	0-5

		<p>采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>(3) 对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得0分。</p>	
	培训方案	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的培训方案进行综合评分，至少包含以下内容：①人员培训；②操作及软件培训；③日常故障处理培训等。</p> <p>(1) 对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>(2) 对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>(3) 对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得0分。</p>	0-5
	应急服务方案	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的应急服务方案进行综合评分，至少包含以下内容：①备品备件供应；②应急处置措施；③应急通讯与报告机制等。</p> <p>(1) 对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>(2) 对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>(3) 对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得0分。</p>	0-5
	售后服务方案	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的售后服务方案进行综合评分，至少包含以下内容：①维保方式；②维保响应时效；③质保期内设备巡检方案等。</p> <p>(1) 对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>(2) 对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>(3) 对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得0分。</p>	0-5
	产品性能	<p>评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的产品性</p>	0-5

	体现方案	<p>能体现方案进行综合评分，至少包含以下内容：①产品操作便利情况；②产品故障率情况；③产品安全性能等。</p> <p>（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得0分。</p>	
价格分 (30 分)	<p>价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 <u>30</u> 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × <u>30</u> % × 100</p>		

2.3.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：裕安区基层医疗机构第一批设备采购项目

项目编号：

甲方(采购人)：六安市裕安区卫生健康委员会

乙方(成交供应商)：

签订地：

签订日期：____年____月____日

六安市裕安区卫生健康委员会（以下简称：甲方）通过安徽方正工程咨询有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，_____（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；
- 1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总 价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：(1)对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 60%（0-70%）；

(2) 中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 60%（40%-70%）；

(3) 分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的/（40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

剩余款支付方式：供货、安装完成并经验收合格一次性付清剩余合同价款。

1.4.2 发票开具方式：增值税发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后 45 个日历天内完成供货、安装、调试；

1.5.2 交付地点：六安市裕安区境内，采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：实物交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 % 计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 % 计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 项目所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权

代表（签字）：

时 间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权

代表（签字）：

时 间： 年 月 日

乙方账户信息

户 名：

账 号：

开户银行：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、

损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的自验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 如果乙方不履行合同约定，履约保证金不予退还。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归乙方所有，甲方免费使用。
2.4.1	乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2	装运货物的要求和通知，按采购人要求分批供货。
2.6	乙方应在达到付款条件时，按时提交付费申请及相关资料，甲方按照付费流程进行审核、付费。
2.9	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7天内以书面形式变更合同。
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.17.3	检验和验收标准按照国家标准或者行业标准或者厂家标准，检验和验收由采购人按照合理的程序进行，具体由采购人组织验收并出具验收书，采购人出具的验收书对双方认定货物验收是否合格，货物的质量、数量等方面是否符合采购要求具有约束力。
2.21	本合同壹式陆份，每份均具有同等法律效力。
2.22	本项目实行六安市裕安区卫生健康委员会统一采购、基层医疗机构分别签订合同。项目实施全过程中，中标供应商须积极配合使用单位开展操作培训、业务指导等服务工作；各基层使用单位应按要求参与到货核验、项目验收、效果评价等相关工作，强化供需双方协同配合，保障项目落地实效与后期服务质量。

第六章 投标文件格式

投
标
文
件

【第__包】（如不分包，请删去本行）

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____（签电子章）

____年__月__日

一、投标人基本情况

（上传营业执照，投标人可根据自身情况另行提供单位简介等相关材料）

二、投标函

致：采购人名称

根据贵方的投标邀请和招标文件，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

四、投标人资格声明书

致：采购人名称

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

五、诚信履约承诺函

致：采购人名称

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

六、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

- 1、公司被人民法院列入失信被执行人；
- 2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
- 3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- 4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

七、中小企业声明函

（非中小企业投标不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人可自行登录工业和信息化部官网（查询网址 <https://www.miit.gov.cn>）进行中小企业规模类型自测。
3. 上述“标的名称”及“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求。

八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

九、联合协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：____%；

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年____月____日

十、拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件）

（一）拟分包情况说明

致：采购人名称

我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。
2. 如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**投标无效**。

（二）分包意向协议

投标人名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目投标人为本项目总承包单位。

2. 在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____%；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____%；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____%；

.....

4. 中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：__年__月__日

注：分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

十一、其他资格证明材料

（如有，提供符合招标文件要求的其他资格证明材料）

十二、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

备注：

1、技术响应（招标文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、供货期响应、质保期响应及付款响应等须与招标文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

2、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

3、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。

4、响应部分可后附详细说明及技术资料。

十三、其他技术响应证明材料

（如有，提供符合招标文件要求的其他技术响应证明材料）

十四、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第__包
投标报价	大写: _____ 小写: _____
其他	

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 表中投标报价作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
2. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

十五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
...								
总计（元）								

附：符合本国产品标准的产品成本之和占比（如项目不适用或不符合本国产品扶持政策，无需填写此件）

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
<p>提醒：</p> <p>1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。</p> <p>2. 投标人应当根据“投标分项报价表”中所投货物部分的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。</p> <p>3. “全部产品成本之和”是指“投标分项报价表”包含的全部货物、服务产品成本之和。</p>	

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂

商，否则可能导致**投标无效**。

十六、关于符合本国产品标准的声明函

（如项目不适用或不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章： _____

日 期： _____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 投标人应当结合“十五、投标分项报价表”中所投货物相关信息进行填写。

十七、其他报价响应证明材料

（如有，提供符合招标文件要求的其他报价响应证明材料）

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，可按询问函范本在电子交易系统作为网上询问附件进行提交，《询问函范本》仅为便于供应商通过网上询问反馈诉求，不强制使用）

致：（采购人）

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下（如有）：

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。